

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini dalam tahap pengumpulan data untuk suhu optimum produksi, sehingga masih diperlukan pengerjaan lebih lanjut.

KENDALA YANG DIHADAPI

Alat *Laminar flow* (ESCO Micro PTE LTD HD 3) yang digunakan mengalami kerusakan sehingga diganti dengan menggunakan *box steril*. Bekerja dengan menggunakan box steril media yang digunakan sering terkontaminasi. Hal ini disebabkan karena mensterilkan box steril hanya dengan menggunakan alkohol antiseptik (70%).